

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tabira  
Fundo Municipal de Saúde  
Pregão Eletrônico - 007/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/01/2023 15:16	25/01/2023 15:30	02/02/2023 15:30	07/02/2023 15:30	07/02/2023 15:31

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: SEGUNDO A NORMA NBR IEC 60601-1, ALIMENTAÇÃO 127/220 V~ SELECIONÁVEL, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, EQUIPAMENTO DE CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, PARTE APLICADA DE TIPO B, MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA, COM CARGA INTERMITENTE - 1MIN. TRABALHO E 4 MIN. DESCANSO PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX 0 - TODA A CADEIRA PARA EXAMES, COM EXCEÇÃO DO PEDAL DE COMANDO IPX1 - PEDAL DE COMANDO POTÊNCIA DE ENTRADA 200VA FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO F1 E F2 (127 OU 220V~) = 5A - AÇÃO RETARDADA.</p> <p>CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO CARGA DISTRIBUÍDA DE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS) PESO LÍQUIDO 104 KG PESO BRUTO 137,3 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA APLICADA NAS BANDEJAS DOS EQUIPOS SYNCRUS LINHA HS - 1KGF / SINCRUS LINHAS LS E S - 2KGF</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AS PEÇAS DESTE EQUIPAMENTO NÃO ESTÃO SUJEITAS A DEGRADAÇÃO POR DESGASTE, CORROSÃO, ADIGA OU ENVELHECIMENTO DE MATERIAIS, DURANTE SUA VIDA UTIL. CADEIRA AMBIDESTRA A CADEIRA FOI PROJETADA COM O INTUITO DE ATENDER A DESTROS E CANHOTOS, COM A FACILIDADE DE INSTALAÇÃO PARA AMBOS, SEM PERDA DAS FUNCIONALIDADES EM QUALQUER CASO. NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO PELO TÉCNICO AUTORIZADO GNATUS, INFORME A SUA POSIÇÃO (DESTRO OU CANHOTO), QUE ELE FARÁ OS AJUSTES NECESSÁRIOS. PARADA EMERGENCIAL, A CADEIRA POSSUI TECLA DE PARADA AUTOMÁTICA DOS MOVIMENTOS - "PARADA EMERGENCIAL". ESTA TECLA QUANDO PRESSIONADA BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE TODOS OS MOVIMENTOS E FUNÇÕES DA CADEIRA, BASTANDO ACIONÁ-LA NOVAMENTE PARA A LIBERAÇÃO E FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO, MANTENDO AS PROGRAMAÇÕES E POSIÇÕES GRAVADAS ANTERIORMENTE. PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE O EQUIPAMENTO ESTÁ DOTADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBRECORRENTE, POR MEIO DE 2 FUSÍVEIS DE 5 AMPERES E PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE INTERNA PARA OS EQUIPAMENTOS ACOPLADOS À CADEIRA.</p>	24.033,78	1	UND	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/01/2023 - 15:14	Edital_007_PE_007_Cadeira_Odontológica.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



07/02/2023 - 15:44	Negociação aberta para o processo 007/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 007/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/02/2023 - 15:44	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/02/2023 às 08:00.
08/02/2023 - 15:41	Documentos solicitados para o processo 007/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p><b>CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO:</b> Segundo a norma NBR IEC 60601-1, Alimentação 127/220 V~ Seleccionável, Frequência 50/60 Hz, Tipo de proteção contra choque elétrico, Equipamento de Classe I, Grau de proteção contra choque elétrico, Parte aplicada de Tipo B, Modo de operação</p> <p>Continua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. Descanso Proteção contra penetração nociva de água IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada 200VA Fusíveis de Proteção F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada.</p> <p><b>CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO</b> Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos) Peso Líquido 104 Kg Peso Bruto 137,3 Kg Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos Syncrus linha HS - 1Kg / Syncrus linhas LS e S - 2Kg</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b> As peças deste equipamento não estão sujeitas a degradação por desgaste, corrosão, adiga ou envelhecimento de materiais, durante sua vida útil. cadeira ambidestra A cadeira foi projetada com o intuito de atender a destros e canhotos, com a facilidade de instalação para ambos, sem perda das funcionalidades em qualquer caso. No momento da instalação pelo Técnico Autorizado Gnatus, informe a sua posição (destro ou canhoto), que ele fará os ajustes necessários. parada emergencial, A cadeira possui tecla de parada automática dos movimentos - "Parada Emergencial". Esta tecla quando pressionada bloqueia automaticamente todos os movimentos e funções da cadeira, bastando acioná-la novamente para a liberação e funcionamento normal do equipamento, mantendo as programações e posições gravadas anteriormente. proteção de sobrecorrente O equipamento está dotado de dispositivo de segurança para sobrecorrente, por meio de 2 fusíveis de 5 amperes e proteção de sobrecorrente interna para os equipamentos acoplados à cadeira.</p>	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	D1	D700	23.999,95	1	23.999,95
------	---	---------------------------------------	----	------	-----------	---	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Segundo a norma NBR IEC 60601-1, Alimentação 127/220 V~ Seleccionável, Frequência 50/60 Hz, Tipo de proteção contra choque elétrico, Equipamento de Classe I, Grau de proteção contra choque elétrico, Parte aplicada de Tipo B, Modo de operação

Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. Descanso Proteção contra penetração nociva de água IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada 200VA Fusíveis de Proteção F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada.

### CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO

Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos) Peso Líquido 104 Kg Peso Bruto 137,3 Kg Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos Syncrus linha HS - 1Kg / Syncrus linhas LS e S - 2Kg

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As peças deste equipamento não estão sujeitas a degradação por desgaste, corrosão, adiga ou envelhecimento de materiais, durante sua vida útil. cadeira ambidestra A cadeira foi projetada com o intuito de atender a destros e canhotos, com a facilidade de instalação para ambos, sem perda das funcionalidades em qualquer caso. No momento da instalação pelo Técnico Autorizado Gnatus, informe a sua posição (destro ou canhoto), que ele fará os ajustes necessários. parada emergencial, A cadeira possui tecla de parada automática dos movimentos - "Parada Emergencial". Esta tecla quando pressionada bloqueia automaticamente todos os movimentos e funções da cadeira, bastando acioná-la novamente para a liberação e funcionamento normal do equipamento, mantendo as programações e posições gravadas anteriormente. proteção de sobrecorrente O equipamento está dotado de dispositivo de segurança para sobrecorrente, por meio de 2 fusíveis de 5 amperes e proteção de sobrecorrente interna para os equipamentos acoplados à cadeira.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	30/01/2023 - 13:58:14	MZ	MZ	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20.008.831/0001-17	03/02/2023 - 15:57:09	D1	D700	1	R\$ 24.033,78	R\$ 24.033,78	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20.008.831/0001-17	60 dias
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Segundo a norma NBR IEC 60601-1, Alimentação 127/220 V~ Seleccionável, Frequência 50/60 Hz, Tipo de proteção contra choque elétrico, Equipamento de Classe I, Grau de proteção contra choque elétrico, Parte aplicada de Tipo B, Modo de operação

Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. Descanso Proteção contra penetração nociva de água IPX 0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada 200VA Fusíveis de Proteção F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada.

### CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO

Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos) Peso Líquido

Página 4 de 6



104 Kg Peso Bruto 137,3 Kg Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos Syncrus linha HS - 1Kgf / Sincrus linhas LS e S - 2Kgf

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As peças deste equipamento não estão sujeitas a degradação por desgaste, corrosão, adiga ou envelhecimento de materiais, durante sua vida útil. cadeira ambidestra A cadeira foi projetada com o intuito de atender a destros e canhotos, com a facilidade de instalação para ambos, sem perda das funcionalidades em qualquer caso. No momento da instalação pelo Técnico Autorizado Gnatus, informe a sua posição (destro ou canhoto), que ele fará os ajustes necessários. parada emergencial, A cadeira possui tecla de parada automática dos movimentos - "Parada Emergencial". Esta tecla quando pressionada bloqueia automaticamente todos os movimentos e funções da cadeira, bastando acioná-la novamente para a liberação e funcionamento normal do equipamento, mantendo as programações e posições gravadas anteriormente. proteção de sobrecorrente O equipamento está dotado de dispositivo de segurança para sobrecorrente, por meio de 2 fusíveis de 5 amperes e proteção de sobrecorrente interna para os equipamentos acoplados à cadeira.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/01/2023 - 13:58:14	24.000,00 (proposta)	21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Válido
03/02/2023 - 15:57:09	24.033,78 (proposta)	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	Válido
07/02/2023 - 15:33:12	23.999,95	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/02/2023 - 15:45:11	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	<a href="#">catalogo.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03/02/2023 - 15:56	ELIANE BEZERRA DE MORAES SOUZA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/02/2023 - 08:20	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
07/02/2023 - 15:32:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/02/2023 - 15:33:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/02/2023 - 15:33:02	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/02/2023 - 15:33:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/02/2023 - 15:33:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/02/2023 - 15:33:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/02/2023 - 15:43:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/02/2023 - 15:44:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com lance de R\$ 23.999,95.
07/02/2023 - 15:44:12	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.



07/02/2023 - 15:44:35	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/02/2023 às 08:00.
07/02/2023 - 16:16:24	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/02/2023 - 15:41:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 08/02/2023.
08/02/2023 - 15:41:12	Sistema	Motivo: Fica aberto diligência para o envio do catálogo do item arrematado conforme exigência no 8.5.3 do edital.
08/02/2023 - 15:45:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/02/2023 - 17:52:36	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
08/02/2023 - 17:52:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2023 às 08:20.
09/02/2023 - 13:25:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2023 - 13:26:03	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Vinicius Carvalho da Silva.
09/02/2023 - 15:04:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Genedy Siqueira Brito.

---

---

Vinicius Carvalho da Silva  
Pregoeiro

---

Irenilda Ramos Soares  
Apoio

---

Marcia Maria Albuquerque Correia  
Apoio

